

CERTIFICAT / CERTIFICATE N° 53.22.221

délivré pour la caméra de mesure thermographique
delivered for the infrared thermography camera

Marque commerciale / Brand name : HIKMICRO

Référence commerciale / Commercial reference : G60

Performances certifiées / Certified performances	
Uniformité de réponse thermique / Thermal response uniformity	
Pouvoir de résolution géométrique / Geometrical resolving power	
Caractéristiques techniques / Technical characteristics	
Matrice / Matrix :	640*480
Optique(s) associé(s) / Associated optic(s) :	25° x 19°
Version logiciel d'interface / Interface software version :	5.5.19
Logiciel(s) associé(s) / Associated software(s) :	HIKmicro Analyser V 1 .1 .03.C1
Domaine d'application / Scope	
Contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge conformément au document technique APSAD D19 <i>Control of electrical installations by infrared thermography in accordance with APSAD D19 technical document</i>	

Commercialisée par / Marketed by : HIKMICRO Sensing Technology

Adresse / Address : Building A1, No. 299, Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone,
Tonglu County, Zhejiang, 310052 HANGZHOU – China

Droit d'usage de la marque CNPP Certified attribué conformément à la procédure A221 (octobre 2019)
CNPP Certified right of use granted in accordance with the A221 procedure (october 2019)

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.
This certificate cancels and replaces all the previous certificate.

Sa validité peut être vérifiée sur / Its validity can be checked on : www.cnpp.com

Date de prise d'effet / Date of establishment : 18/02/2022
Date de fin de validité / Date of end of validity : 17/02/2025

Amaury LEQUETTE
Directeur CNPP Cert. /
CNPP Cert. Manager
JFR